

CORN / MAIZE MOISTURE METER

Kett

PM-450(4513)



Belt & Bearings

PM-450

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวโพด

Specifications

หลักการวัด [Measuring principle]	วัดค่าความจุไฟฟ้า(ค่าไดอิเล็กตริก) (50 MHz) Capacitance (Dielectric) (50 MHz)
ปริมาณของวัตถุดิบ [Sample Volume]	240 มล.(ml)
ช่วงวัดค่าความชื้น [Measurement Range]	6 - 35 %
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน [Ambient Temperature]	0 - 40°C
ค่าความแม่นยำ [Accuracy]	± 0.5%
การแสดงผลข้อมูล [Display Type]	แสดงตัวเลขดิจิทัล บนจอLCD (Black Light)
น้ำหนักตัวเครื่อง [Weight / kg. (Net/Shipment)]	1.3 กก.(สุทธิ), 2.2 กก.(รวมกล่อง)
ขนาดเครื่อง(มม.) [Dimensions (mm.)]	125 W(ก) x 205 D(ล) x 215 H(สูง)
อุปกรณ์ครบชุด [Accessories]	ถ้วยใส่ตัวอย่าง [Manual hopper], กรวย [Funnel], แปรง [Brush], ถ่านAA 4 ก้อน [Batteries AA 4], หนังสือคู่มือ 1 ชุด [Operating Manual]
เอกสารสำคัญ [Certificate]	Inspection Certificate [By KETT Electric Laboratory]

*สามารถเฉลี่ยค่าความชื้นที่วัดได้สูงสุดถึง 9 ครั้ง

Program List

ลำดับ Number	ชนิดเมล็ดพันธุ์พืช Product	ช่วงการวัดความชื้น Range
1	ข้าวโพด (Core, Maize)	6 - 35 %

เอกสารสำคัญ : Inspection Certificate [By Kett Electric Laboratory]

ข้างเครื่องมีแผ่นสัญลักษณ์รับรอง[ตราครุฑ] จากสำนักงานชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์

หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่อง ชั่ง ตวง วัด อนุญาตให้ซื้อ-ขาย ถูกต้องตามกฎหมาย

Belt & Bearings

บริษัท เบิลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Line : @BELTER โทร 02-6449001-3, 089-0702010

www.beltandbearings.co.th / www.beltandbearings.com